

RELATÓRIO DE ENSAIO: 147252/2023 - A - 1.0
Proposta Comercial 4230/2022-28

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagoadaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: B5 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: -	Referência Oceanus: 2452228
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 25/07/2023 08:21
Data de emissão do R.E.: 28/08/2023	Data de recebimento: 26/07/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): 4,5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Análises Biológicas
Início dos Ensaios: 26/07/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

Físico-Químico
Início dos Ensaios: 26/07/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Percentual de Massa Sólida	%	N.A.	N.A.	---	73,31
Granulos (>2 mm)	%	---	---	---	0
Areia muito grossa (2 a 1 mm)	%	---	---	---	0
Areia grossa (1 a 0,5 mm)	%	---	---	---	1,21
Areia média (0,5 a 0,25 mm)	%	---	---	---	39,08
Areia fina (0,25 a 0,125 mm)	%	---	---	---	46,07
Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm)	%	---	---	---	5,34
Silte (0,063 a 0,004 mm)	%	---	---	---	6,44
Argila (<0,004 mm)	%	---	---	---	1,86
Percentual Areia	%	---	---	---	91,70
Percentual Silte	%	---	---	---	6,44
Percentual Argila	%	---	---	---	1,86
Somatório de percentual obtido	%	---	---	---	100,00

Metais
Início dos Ensaios: 26/07/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Fósforo Total	mg/Kg	0,30	1,00	10	18

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

LCS Metais					
Parâmetros	Código da Amostra	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da Corrida Analítica
Lítio (Li)	2530018	%	112	80 - 120	14928/2023
Berílio (Be)	2530018	%	113	80 - 120	14928/2023
Boro (B)	2530018	%	112	80 - 120	14928/2023
Sódio (Na)	2530018	%	113	80 - 120	14928/2023
Magnésio (Mg)	2530018	%	118	80 - 120	14928/2023
Alumínio (Al)	2530018	%	114	80 - 120	14928/2023
Fósforo (P)	2530018	%	99	80 - 120	14928/2023
Potássio (K)	2530018	%	111	80 - 120	14928/2023
Cálcio (Ca)	2530018	%	94	80 - 120	14928/2023
Titânio (Ti)	2530018	%	104	80 - 120	14928/2023
Vanádio (V)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Cromo (Cr)	2530018	%	108	80 - 120	14928/2023
Manganês (Mn)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Ferro (Fe)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Cobalto(Co)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Níquel (Ni)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Cobre (Cu)	2530018	%	105	80 - 120	14928/2023
Zinco (Zn)	2530018	%	112	80 - 120	14928/2023
Arsênio (AS)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Selênio (Se)	2530018	%	104	80 - 120	14928/2023
Estrôncio (Sr)	2530018	%	106	80 - 120	14928/2023
Molibdênio (Mo)	2530018	%	102	80 - 120	14928/2023
Prata (Ag)	2530018	%	90	80 - 120	14928/2023
Cádmio (Cd)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Estanho (Sn)	2530018	%	82	80 - 120	14928/2023
Antimônio (Sb)	2530018	%	102	80 - 120	14928/2023
Bário (Ba)	2530018	%	105	80 - 120	14928/2023
Silício (Si)	2530018	%	95	80 - 120	14928/2023
Tálio (Tl)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Chumbo (Pb)	2530018	%	108	80 - 120	14928/2023
Urânio (U)	2530018	%	105	80 - 120	14928/2023
Enxofre (S)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

RELATÓRIO DE ENSAIO: 147252/2023-1.0

PÁGINA 2 de 4

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450 Tel: (21) 3293-7000
www.oceanus.bio.br oceanus@oceanus.bio.br

Anexo: HQ-ANE-086/VER.2/DATA:26/10/2021-BA

LCS = Laboratory Control Sample
LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação do método
NA = Não Aplicável
NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio
ND = Não Detectável
NC = Não calculável
NMP = Número Mais Provável
NO = Não Objetável
PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
PCB = Polychlorinated Biphenyls
POC = Pesticidas Organoclorados
POF = Pesticidas Organofosforados
SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017
TPH = Total Petroleum Hydrocarbons
UFC = Unidades Formadoras de Colônia
VMP = Valor Máximo Permitido
VOC = Volatile Organic Compound
SVOC = Semi-volatile Organic Compound
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
NR 15 = Norma Regulamentadora n° 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego
CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio
Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio
CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio
FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos
OD = Oxigênio dissolvido
CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio
CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embriolarval, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio
VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)
NOL = Número de Limiar de Odor
FTN = Número de Limiar de Gosto
F* = Fator de Diluição
*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.
As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.
As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 620ed541eb5cbe27eaf4587617c3b503
Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.
Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.
As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

Plano de Amostragem 34392/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

RELATÓRIO DE ENSAIO: 147252/2023-1.0

PÁGINA 3 de 4

Bentos: SMWW 10500 C
Granulometria: N.T CETESB L6.160 / EMBRAPA_Manual de Metodos de Análise de Solo:2017
Metais Totais e Fósforo: ICP-MS: EPA 6020B / 3050B
Umidade e/ou Percentual de massa sólida: NBR 6457/2016

RESPONSÁVEIS	
--------------	--

Relatório emitido por:	Rohanna Oliveira Tavares de Pinho
Relatório revisado por:	Beatriz Nascimento, Edson Felipe Souza Ladeira, Lucas Santos Manzieri, Fabiana Vasconcelos Kirsten, Fábio Moreira Mourilhe
Responsável técnico:	



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ n°03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio n°02339/85

RELATÓRIO DE ENSAIO: 147252/2023-1.0
Proposta Comercial 4230/2022-28

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa Solicitante:	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Endereço:	Rua Emilio Blum, 83, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.020-010
Nome do Solicitante:	Envio de Relatórios CASAN
Dados para contato:	lagodaconceicao@casan.com.br

DADOS REFERENTES À AMOSTRA	
Identificação do ponto: B5 - SEDIMENTO	
ID do Projeto: -	Referência Oceanus: 2452228
Matriz: Sedimento	Data da amostragem: 25/07/2023 08:21
Data de emissão do R.E.: 28/08/2023	Data de recebimento: 26/07/2023
Coletor: Everaldo Taube (Oceanus - RS)	Temperatura de recebimento (°C): 4,5
Tipo de Coleta: Simples	

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

Físico-Químico
Início dos Ensaios: 26/07/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Percentual de Massa Sólida	%	N.A.	N.A.	---	73,31
Nitrogênio Total	mg/Kg	0,15	0,5	1	15,4
Granulos (>2 mm)	%	---	---	---	0
Areia muito grossa (2 a 1 mm)	%	---	---	---	0
Areia grossa (1 a 0,5 mm)	%	---	---	---	1,21
Areia média (0,5 a 0,25 mm)	%	---	---	---	39,08
Areia fina (0,25 a 0,125 mm)	%	---	---	---	46,07
Areia muito fina (0,125 a 0,063 mm)	%	---	---	---	5,34
Silte (0,063 a 0,004 mm)	%	---	---	---	6,44
Argila (<0,004 mm)	%	---	---	---	1,86
Percentual Areia	%	---	---	---	91,70
Percentual Silte	%	---	---	---	6,44
Percentual Argila	%	---	---	---	1,86
Somatório de percentual obtido	%	---	---	---	100,00
Percentual de Matéria Orgânica do Solo	%	0,015	0,05	---	1,03

Metais
Início dos Ensaios: 26/07/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Fósforo Total	mg/Kg	0,30	1,00	10	18

Análises Biológicas
Início dos Ensaios: 26/07/2023

Parâmetros	Unidade	LD	LQ / Faixa	Fator de Diluição	Resultados
Bentos	ind/m ²	1	1	---	<1

CONTROLE DE QUALIDADE ANALÍTICO DA AMOSTRA

LCS Metais					
Parâmetros	Código da Amostra	Unidade	Resultados	Faixa Aceitável de Recuperação	ID da Corrida Analítica
Lítio (Li)	2530018	%	112	80 - 120	14928/2023
Berílio (Be)	2530018	%	113	80 - 120	14928/2023
Boro (B)	2530018	%	112	80 - 120	14928/2023
Sódio (Na)	2530018	%	113	80 - 120	14928/2023
Magnésio (Mg)	2530018	%	118	80 - 120	14928/2023
Alumínio (Al)	2530018	%	114	80 - 120	14928/2023
Fósforo (P)	2530018	%	99	80 - 120	14928/2023
Potássio (K)	2530018	%	111	80 - 120	14928/2023
Cálcio (Ca)	2530018	%	94	80 - 120	14928/2023
Titânio (Ti)	2530018	%	104	80 - 120	14928/2023
Vanádio (V)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Cromo (Cr)	2530018	%	108	80 - 120	14928/2023
Manganês (Mn)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Ferro (Fe)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Cobalto(Co)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Níquel (Ni)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Cobre (Cu)	2530018	%	105	80 - 120	14928/2023
Zinco (Zn)	2530018	%	112	80 - 120	14928/2023
Arsênio (AS)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Selênio (Se)	2530018	%	104	80 - 120	14928/2023
Estrôncio (Sr)	2530018	%	106	80 - 120	14928/2023
Molibdênio (Mo)	2530018	%	102	80 - 120	14928/2023
Prata (Ag)	2530018	%	90	80 - 120	14928/2023
Cádmio (Cd)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023
Estanho (Sn)	2530018	%	82	80 - 120	14928/2023
Antimônio (Sb)	2530018	%	102	80 - 120	14928/2023
Bário (Ba)	2530018	%	105	80 - 120	14928/2023
Silício (Si)	2530018	%	95	80 - 120	14928/2023
Tálio (Tl)	2530018	%	107	80 - 120	14928/2023
Chumbo (Pb)	2530018	%	108	80 - 120	14928/2023
Urânio (U)	2530018	%	105	80 - 120	14928/2023
Enxofre (S)	2530018	%	109	80 - 120	14928/2023

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Legenda:

*Provedor Externo

USEPA = United States Environment Protection Agency

ID = Identificação

LCS = Laboratory Control Sample

LD = Limite de Detecção

LQ = Limite de Quantificação do método

NA = Não Aplicável

NA(50) = Não aplicável, pois a maior concentração testada não causou efeito à 50% dos organismos nas condições de ensaio

ND = Não Detectável

NC = Não calculável

NMP = Número Mais Provável

NO = Não Objetável

PAH = Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

PCB = Polychlorinated Biphenyls

POC = Pesticidas Organoclorados

POF = Pesticidas Organofosforados

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - 23rd Edition - 2017

TPH = Total Petroleum Hydrocarbons

UFC = Unidades Formadoras de Colônia

VMP = Valor Máximo Permitido

VOC = Volatile Organic Compound

SVOC = Semi-volatile Organic Compound

NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA = Occupational Safety and Health Administration

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

NR 15 = Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978 – Ministério do Trabalho e Emprego

CE(I)50 = Concentração nominal ou real da amostra que causa efeito agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição, nas condições do ensaio

Clp(I)50% = Concentração que causa efeito a 50% dos organismos em 36h de exposição nas condições de ensaio

CL50 = Concentração da amostra nominal que causa efeito na sobrevivência de 50% dos organismos teste, nas condições de ensaio

FT (Fator de Toxicidade) = Menor valor de diluição da amostra na qual não se observa imobilidade maior que 10% nos organismos expostos

OD = Oxigênio dissolvido

CENO (I) = Maior concentração nominal da amostra que não causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições do ensaio

CEO (I) = Menor concentração nominal da amostra que causa efeito deletério estatisticamente significativo no desenvolvimento embrionário, sobrevivência ou reprodução dos organismos nas condições de ensaio

VC = Média geométrica da CENO (I) e CEO (I)

NOL = Número de Limiar de Odor

FTN = Número de Limiar de Gosto

F* = Fator de Diluição

*J = Resultados estimados que estão expressos entre LD e LQ

Observações gerais

Os parâmetros vide legislação ou norma não são contemplados na interpretação dos resultados.

As análises foram realizadas na unidade Rio de Janeiro de CNPJ 28.383.198/0001-59.

As opiniões e interpretações, quando expressas no relatório, não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório.

Código de Autenticidade

Chave para validação da autenticidade deste documento: 620ed541eb5cbe27eaf4587617c3b503

Para verificar a autenticidade deste relatório acesse o portal: <https://portal.mylimsweb.com/>

Abrangência

O(s) resultado(s) apresentados possui(em) significação restrita e se aplica tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com prévia autorização.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Cliente, qualquer desvio identificado na etapa de conferência é previamente informado ao cliente para a aprovação e continuidade do processo. Neste caso, a validade dos resultados dos ensaios pode ser afetada.

As amostras são processadas conforme entregues pelo cliente.

Data de realização das análises

No caso da amostragem ter sido realizada pela Oceanus, todas as análises são executadas dentro do prazo de validade estabelecido pelo Standard Methods e/ou outra norma aplicável em sua última revisão.

Plano de Amostragem

MATRIZ:

Rua Aristides Lobo, 48, Rio Comprido
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20250-450

FILIAL:

Rua João Leite de Oliveira, 150, Encosta do Sol
Juiz de Fora - MG, CEP: 36083-012

FILIAL:

Rua Conselheiro de Moreira Barros, 1485, Santana
São Paulo - SP - CEP: 02430-000

Plano de Amostragem 34392/2023. Procedimento HQ-POP-081 (Coleta, Preservação, Transporte, Armazenamento e Recebimento de Amostras).

Prazo de Retenção da(s) amostras(s)

A(s) amostra(s) tem um prazo de guarda de 10 dias corridos após a emissão do Relatório de Ensaio, exceto para a(s) amostra(s) perecível(is) – descarte imediato.

Parâmetros, Norma e/ou Procedimento

Bentos: SMWW 10500 C

Granulometria: N.T CETESB L6.160 / EMBRAPA_Manual de Metodos de Análise de Solo:2017

Matéria Orgânica Total (MOT): ABNT NBR 13600

Metais Totais e Fósforo: ICP-MS: EPA 6020B / 3050B

Nitrogênio Total: EMBRAPA, 3ª Edição, 2017, Parte III, Capítulo 2.


Umidade e/ou Percentual de massa sólida: NBR 6457/2016

RESPONSÁVEIS

Relatório emitido por: Rohanna Oliveira Tavares de Pinho

Relatório revisado por: Beatriz Nascimento, Edson Felipe Souza Ladeira, Lucas Santos Manzieri, Fabiana Vasconcelos
Kirsten, Fábio Moreira Mourilhe

Responsável técnico:



Edson Felipe Souza Ladeira, B.Sc.
Gerente Técnico
CRQ nº03155685 – 3ª Região



Ronaldo Leão Guimarães
Gerente Técnico
CRBio nº02339/85

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS

N° da Amostra: 147252/2023-1.0

Cliente: COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	
Data de recebimento: 26/07/2023	
Código: 2452228	Identificação da Amostra: B5 - SEDIMENTO

Amostra acondicionada adequadamente?	Sim
A caixa térmica e os frascos estão íntegros?	Sim
Os rótulos e cadeia de custódia identificam as amostras?	Sim
Termômetro utilizado	TI-004
Os frascos de VOC/BTEX estavam isentos de bolhas?	Não se aplica
Há quantidade de amostra suficiente para todas as análises?	Sim
Todos os parâmetros estão dentro do prazo de validade (holding time)?	Sim

As irregularidades de recebimento foram notificadas? Notificação enviada para: _____ Data: _____

Comentários:

Responsável pelo recebimento: Yago Lima

ANEXO DE ENSAIO: 147252/2023

TÁXON	DENSIDADE (Ind/m²)
Nenhum organismo bentônico encontrado	0
Total	0



Oceanus

Centro de Biologia Experimental

Oceanus Centro de Biologia Experimental										PLANO DE AMOSTRAGEM CADEIA DE CUSTÓDIA										PRAZO		GRUPO		PROPOSTA Nº		DATA DA AMOSTRAGEM	
Rua Aristides Lobo nº 48 - Rio Comprido - RJ CEP: 20.250-450 Tel: (21) 3293-7000 / 2967-0819 / 2561-3871 - Site: www.oceanus.bio.br / www.hidroquimica.com.br										256153 14332/2023		<input type="checkbox"/> RUSH <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL		34352		4230/2022		25/07/23									
DADOS DO PROJETO					RESPONSÁVEIS PELA AMOSTRAGEM					PARÂMETROS																	
Cliente: CASAN					Supervisor: Gelele Kimecki					CAMPO					LABORATÓRIO												
Endereço: Lagoa da Conceição - Florianópolis, SC					Coletores: Everaldo Taube					Conductividade	Unidade	Oxigênio Dissolvido (mg/L)	pH	Salinidade (PSU)	Temperatura água (°C)	Fluxometro		Materia orgânica, P e N	Bactérias	Drenagem	Fitoplâncton	E. coli e Enterococos	NT-NH3-NH2-NO2-P-Fósforo-VIBRIAS	Ecotoxicidade			
Cidade: Porto Alegre					Transportador: Oceanus											Leitura inicial	Leitura Final										
Responsável pela Solicitação: Priscila					Placa Veículo:																						
Objetivo/Legislação: Monitoramento e Avaliação do PRAD da Lagoa da Conceição																											
INFORMAÇÕES DA AMOSTRA					INFORMAÇÕES DE CAMPO																						
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas																				
2452246	B2 - Sedimento	16	3	8	S	08:56	27°36'22,4 48°27'11,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x								
2452247	B2 - Sedimento	16	1	8	S	08:56		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452248	B2 - Sedimento	16	1	8	S	08:56		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452196	B2 - Água S	11	11	2	S	08:53	27°36'20,0 48°27'05,4	Não	Não	Não	Não	Não	19.9425756	428224													
2452215	B3 - Sedimento	14	2	8	S	08:45		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x								
2452216	B3 - Sedimento	14	1	8	S	08:45		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452217	B3 - Sedimento	14	1	8	S	08:45	27°36'23,5 48°26'56,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x									
2452152	B3 - Água S	1	3	2	S	08:42		49.9	1.150cm	6.60	8:45	32.7	19.8	423403	425756												
2452243	B4 - Sedimento	16	3	8	S	08:33		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x							
2452244	B4 - Sedimento	16	1	8	S	08:33	27°36'29,6 48°26'53,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452245	B4 - Sedimento	16	1	8	S	08:33		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452194	B4 - Água S	10	3	2	S	08:30		Não	Não	Não	Não	Não	Não	20.3	421499	423403											
2452228	B5 - Sedimento	16	3	8	S	08:21	27°36'29,6 48°26'53,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	x	x	x							
2452229	B5 - Sedimento	16	1	8	S	08:21		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452230	B5 - Sedimento	16	1	8	S	08:21		Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não										
2452156	B5 - Água S	2	11	2	S	08:18	49.5	1.150cm	6.45	8:38	32.4	20.0	418527	421499													
CONTROLE DE QUALIDADE EM CAMPO																											
Código	PONTO DE AMOSTRAGEM / IDENTIFICAÇÃO DA	Item	Nº de Frascos	Tipo de Amostra	Tipo de Coleta	HORA	Coordenadas	CAMPO										LABORATÓRIO									
INFORMAÇÕES DE GARANTIA DE QUALIDADE								TIPO DE AMOSTRA:								OBSERVAÇÕES											
Água reagente: Proposta 1080/2017								1-Água Tratada 6-Resíduo								CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA CNPJ: 28.383.198/0001-59 TEL.: 3293-7000 Recebido dia: <u>26/07/23</u> <i>Yag</i>											
Qualidade dos reagentes utilizados: HQ-ANE-171-Registro de Propriedade de Soluções - Diversas								2-Água Bruta Superficial 7-Efluente																			
Métodos analíticos utilizados para os líquidos: HQ-ANE-006-Proposta comercial								3-Água Bruta Profundidade 8-Sedimento																			
Métodos analíticos utilizados para as amostras: HQ-ANE-006-Proposta comercial								4-Água Subterrânea 9-Solo																			
Armazenamento e preservação das amostras: HQ-POP-081-Recibo cadastro armazenamento e descarte das amostras								5-Água de Reuso 10-Reagente																			
11-Outros:																											
PREENCHIMENTO OBRIGATORIO																											
Coleta Composta?		Total de Horas:		Intervalo:		Temperatura Ambiente:		Chuva nas últimas 24 horas?																			
USO EXCLUSIVO DO CLIENTE										USO EXCLUSIVO DO GRUPO OCEANUS										EQUIPAMENTOS UTILIZADOS							
Nome (Legível):										Recebido por:										TAG: <u>MP1-018</u>							
Ass:										Ass: <i>[Assinatura]</i>										TAG:							
Data:										Data: <u>26/07</u> Hora: <u>08:00</u>										TAG:							
Hora:										Temperatura de Recebimento: <u>15.5</u>										TAG:							